

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-107	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/117339
<b>PRODUCTO</b> Implante dental Phibo Aurea Evo 4.3mm x 8.5mm. Referencia: EVO RP 085. UDI-DI: 08436560950066.	
<b>Nº LOTE</b> 2500610.	
<b>FABRICANTE</b> Phibo Dental Solutions, S.L., España.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Phibo Dental Solutions, S.L., Pol. Ind. Mas d'en Cisa, Gato Pérez, 3-9, 08181, Sentmenat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado del lote 2500610 del implante dental Phibo Aurea Evo de 4.3 mm de diámetro y 8.5 mm de longitud, referencia EVO RP 085, debido a que el diámetro del implante indicado en la caja es incorrecto.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

