

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-006	REFERENCIA PS/AVG/88018
PRODUCTO Aligners transparentes Invisalign. Ver nºs de identificación de paciente afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sistemas de aparatos de ortodoncia progresivos adaptados al paciente y fabricados específicamente para un paciente concreto para el tratamiento de la maloclusión.	
FABRICANTE Align Technology Inc., EEUU.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados aligners transparentes Invisalign, debido a un fallo en el software de gestión de los historiales de paciente que afectaría al plan de tratamiento aprobado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

